


Diepe hersenstimulatie (DBS)


Diepe hersenstimulatie

- ➔ Uitgebreide screening nodig
- ➔ Plaatsen van elektrodes in de hersenen
- ➔ Continue elektrische stimulatie van bepaalde hersendelen
- ➔ Elektrische impulsen zijn afkomstig van een neurostimulator (soort pacemaker) die onder het sleutelbeen wordt geplaatst
- ➔ Afname van motorische symptomen

Plaats van de elektrode bij diepe hersenstimulatie



Plaats van de elektrode bij diepe hersenstimulatie



Bijwerkingen diepe hersenstimulatie

- ➔ Tintelend gevoel
- ➔ Tijdelijke verslechtering van de symptomen
- ➔ Spraakproblemen als fluisteren en woordvormingsproblemen
- ➔ Problemen met het gezichtsvermogen (dubbel zien)
- ➔ Duizeligheid of "licht gevoel in het hoofd" (evenwichtsproblemen)
- ➔ Spierzwakte of gedeeltelijke verlamming in aangezicht of ledematen
- ➔ Abnormale, onwillekeurige bewegingen
- ➔ Bewegingsstoornissen of verminderde coördinatie
- ➔ Schokkerige stimulatie ("schokken")
- ➔ Doof gevoel
- ➔ Risico's m.b.t. de operatie en systeemcomplicaties

*Raadpleeg voor volledige
informatie over bijwerkingen
uw arts*